



به نام خدا

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
اهم اقدامات نظارت عمومی بهداشت محیط در مراکز، مؤسسات، واحدها و بخش های پرتوی پزشکی مشمول آیین نامه (۱)

ردیف	موضوع	عنوان بررسی / اقدام
۱	شناسایی	تهیه شناسنامه اطلاعاتی
۲	ثبت	ثبت الکترونیکی (دارای کد واحد از سامانه)
۳	بازدید بهداشت محیطی	بهسازی کف، دیوار، سقف
۴		وضعیت بهداشت در و پنجره
۵		تهویه، نور، گرمایش و سرمایش
۶		کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده
۷		کنترل حشرات و جانوران موزی
۸		کنترل عفونت / سیستم استریلیزاسیون
۹		بهداشت و نظافت عمومی
۱۰		بهداشت TW، WC و آبدارخانه
۱۱		بهداشت و نظافت فردی (کارکنان)
۱۲		کارت بهداشت و گواهینامه مسئولین
۱۳		مدیریت پسماندهای پزشکی
۱۴		ابعاد فیزیکی فضاهای عمومی (انطباق با نقشه)
۱۵		حضور مسئول فنی در ساعات موظف
۱۶		آب و فاضلاب
۱۷		تسهیلات و تجهیزات بهداشتی و آبرسدرکن
۱۸		مطالعه / ملاحظه نقشه مصوب معاونت بهداشتی
۱۹		و ... (مطابق بخشنامه های صادره)
۲۰	بررسی مستندات	انطباق نقشه با وضع موجود اتاق های اشعه
۲۱		کنترل تجهیزات مولد اشعه (انطباق GEN با مجوز)
۲۲		مجوز کار با اشعه (و پیوست های مربوطه)
۲۳		پرونده حفاظتی و معاینات دوره ای پرتوکاران
۲۴		اسناد کنترل کیفی معتبر تجهیزات مشمول
۲۵		تابلوها، علایم هشدار دهنده و چراغ هشدار
۲۶		وجود فیلم بچ اختصاصی پرتوکاران
۲۷		محل نگهداری فیلم کنترل
۲۸		وجود و استفاده از تجهیزات حفاظتی و شیلدها
۲۹		چیدمان تجهیزات و انطباق با نقشه مصوب
۳۰		ملاحظه وجود دستورالعمل های حفاظتی (حوادث)
۳۱	اقدام کارشناس بهداشت پرتوها (۲)	دزیمتری و ۱۱ مورد بررسی حفاظت در برابر اشعه
۳۲	گزارش بازدید / بررسی	گزارش موردی / ثبت بازرسی در سامانه جامع مدیریت بازرسی
۳۳	گزارش آماری	اقدام مطابق رویه تعریف شده در مرکز بهداشت
۳۴	تدوین شاخص ها	اقدام مطابق ضوابط ملی (۲ شاخص + پسماندهای خرد)
۳۵	پیگیری نواقص	اقدام منجر به نتیجه
۳۶	رسیدگی به استعلام ها	مطابق وظایف و رویه جاری
۳۷	رسیدگی به شکایات بهداشت محیطی	مطابق وظایف و رویه جاری
۳۸	سایر موارد	حسب بخشنامه های اداری

توضیح (۱): نظیر مؤسسات و بخش های رادیولوژی و سونوگرافی، رادیولوژی دهان، فک و صورت، پزشکی هسته ای، مراکز تصویربرداری پزشکی، رادیوتراپی ها و انواع C-Arm می باشد البته در بازدید از پزشکی هسته ای و واحد استریوتاکتیک - مطابق آموزش های ارائه شده - همکاران محترم از ورود به بخش فعال پزشکی هسته ای بدون احراز شرایط مصرح، اجتناب نمایند. همچنین بازدید و بررسی میدانی، متناسب با موافقت اصولی و پروانه بهره برداری خواهد بود لذا مفاهیمی همچون مجوز کار با اشعه برای واحد MRI بی معنا و در مواردی مانند داشتن دزیمتر کالیبره و تامین اگر هاست اختصاصی در هات لب پزشکی هسته ای لازم است مدنظر کارشناسان - مطابق آموزش های ارائه شده- قرار گیرد. تاکید می شود کلیه واحدهای پرتوی پزشکی - حتی مطب های دندان پزشکی دارای رادیوگرافی تک دندان و مطب های داری سنجش تراکم استخوان نیز مشمول تمام موارد بجز ردیف های ۱۴، ۱۸، ۲۲، ۲۷ و ۲۹ می شوند.

توضیح (۲): ردیف ۳۱ شامل ۱۲ اقدام خاص توسط کارشناس بهداشت محیط دوره دیده و دارای فیلم بچ اختصاصی و تجهیزات دزیمتری و حفاظت فردی انجام می شود (کارشناس بهداشت پرتوها)

توجه مهم: در ثبت اطلاعات در سامانه بازرسی، به نکات وحدت رویه دقت لازم مبذول شود. (فایل آموزشی ضمیمه می باشد)

موفق باشید: وثیقی ۱۳۹۷/۱۰/۲۵