

چک لیست سل (اسمیر مستقیم)

محل بازدید:	
تاریخ بازدید:	
بازدید کننده:	
نام دانشگاه:	
نام شهرستان:	
نام آزمایشگاه:	
نام و مدرک مسئول کل آزمایشگاه:	
آدرس پستی:	
تلفن / فکس:	
جمعیت تحت پوشش آزمایشگاه:	
جمعیت کل استان / شهرستان:	
تعداد بیمار:	میانگین پذیرش
تعداد نمونه:	ماهانه
بیمار جدید:	میانگین موارد مثبت
کنترل درمان:	ماهانه
بیمارستانی و خصوصی:	واحد ارجاع نمونه
نظام شبکه:	

ردیف	الف: مکان و فضای آزمایشگاه (اسمیر)	بله	خیر	امتیاز	امتیاز سوال
۱	آیا اتاق تهیه اسمیر مجزا از بخش های دیگر میباشد ؟	بله	خیر	0	۳۰
۲	آیا چیدمان آزمایشگاه مطابق استاندارد میباشد؟	بله	خیر	0	۱۰
۳	آیا میز کار به تعداد لازم (محل استقرار نمونه، میکروسکوپ و پذیرش) وجود دارد ؟	بله	خیر	0	۵
۴	آیا سینک رنگ آمیزی در اتاق نمونه گیری است ؟	بله	خیر	0	۵
۵	آیا سینک دستشوئی در اتاق نمونه گیری است ؟	بله	خیر	0	۲
۶	آیا اتاق کار دارای پنجره مناسب میباشد؟	بله	خیر	0	۳
۷	آیا اتاق کار (کف و دیوارها) قابل شستشو است؟	بله	خیر	0	۲
۸	آیا اتاق کار دارای مساحت مناسب (۴×۳) میباشد ؟	بله	خیر	0	۳
۹	آیا اتاق کار دارای کابینت بندی مناسب میباشد؟	بله	خیر	0	۱
نقاط قوت:		جمع		0	
نقاط ضعف:		امتیاز:			
ردیف	ب: تجهیزات	بله	خیر	امتیاز	امتیاز هر سوال
1	آیا هود آزمایشگاه مناسب است؟	بله	خیر	0	10
2	آیا آزمایشگاه سل دارای میکروسکوپ مناسب است ؟	بله	خیر	0	5
3	آیا آزمایشگاه سل دارای اتوکلاو میباشد؟	بله	خیر	0	5
4	آیا آزمایشگاه سل دارای یخچال مجزا و سالم میباشد؟	بله	خیر	0	5
5	آیا به تعداد کافی صندلی جهت اتاق کار و میکروسکوپ وجود دارد؟	بله	خیر	0	2
6	آیا جعبه لام جهت نگهداری لام (ظرفیت برای یکسال) وجود دارد؟	بله	خیر	0	2
7	آیا اتاق کار دارای UV ثابت و سیار (سالم و باعمر مفید) میباشد؟	بله	خیر	0	3
8	آیا آزمایشگاه سل دارای انکوباتور ۳۷° است ؟	بله	خیر	0	4
9	آیا آزمایشگاه سل دارای عینک محافظ است ؟	بله	خیر	0	1
10	آیا آزمایشگاه سل دارای قلم الماس است ؟	بله	خیر	0	1
11	آیا آزمایشگاه سل دارای تایمر است ؟	بله	خیر	0	1
12	آیا آزمایشگاه دارای ظروف استیل دربار جهت دفع اِپلیکاتور است ؟	بله	خیر	0	1
نقاط قوت:		جمع		0	
نقاط ضعف:		امتیاز:			

ردیف	ج: روش کار و کنترل کیفی (اسمیر)			امتیاز	امتیاز هر سوال
1	آیا ظروف نمونه گیری درب دار و شفاف هستند ؟	بله	خیر	0	6
2	آیا دستورالعمل نمونه برداری از بیمار استاندارد است؟	بله	خیر	0	3
3	آیا مشخصات کامل بیمار روی ظرف نمونه ثبت میشود ؟	بله	خیر	0	6
4	آیا در انتقال نمونه ها از زنجیر سرد استفاده میشود؟	بله	خیر	0	4
5	آیا دفتر ثبت اطلاعات بیماران و نتایج دقیقاً تکمیل میشود؟	بله	خیر	0	3
6	مدت زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه (کمتر از ۷روز) رعایت میشود ؟	بله	خیر	0	3
7	آیا اسمیر از قسمت های مخاطی (چرکی و خونی) تهیه میشود ؟	بله	خیر	0	3
8	آیا نمونه های از نظر کیفیت بررسی میشود ؟	بله	خیر	0	5
9	آیا فرم بیماران و ظرف حاوی نمونه مجزا از هم است ؟	بله	خیر	0	3
10	آیا اندازه اسمیر تهیه شده استاندارد (۲×۳ یا ۱×۲) است ؟	بله	خیر	0	3
11	آیا ضخامت اسمیر تهیه شده مناسب است ؟	بله	خیر	0	3
12	آیا لام پس از خشک شدن فیکس میشود (ترجیحاً با فور)	بله	خیر	0	5
13	آیا اپلیکاتور پس از نمونه برداری به ظرف حاوی فنل ۵٪ منتقل میشود؟	بله	خیر	0	3
14	آیا قبل و بعد از نمونه گیری هود با فنل ۵٪ یا دیگر محلولهای ضدعفونی کننده ضدعفونی میشود ؟	بله	خیر	0	2
15	آیا پنبه آغشته به فنل (و دیگر آلوده زداها) در زیر هود نمونه گیری استفاده میشود؟	بله	خیر	0	3
16	آیا رنگ بصورت صحیح در آزمایشگاه تهیه میشود و تاریخ آن ثبت میگردد؟	بله	خیر	0	5
17	آیا اصول رنگ آمیزی رعایت میگردد؟	بله	خیر	0	4
18	آیا در تهیه رنگ از کنترل مثبت و منفی استفاده میشود؟ (هرسی)	بله	خیر	0	3
19	آیا گزارش دهی لامها براساس استاندارد (طبق جدول) میباشد؟	بله	خیر	0	3
20	آیا از میکروسکوپ صحیح نگهداری میشود ؟ (لنزها تمیز و دارای کاور)	بله	خیر	0	3
21	آیا پسماندها پس از پایان کار با استفاده از کیسه اتوکلاو، اتوکلاو میشود؟	بله	خیر	0	2
22	آیا لامها بمدت یکسال در فایل مخصوص نگهداری میشود ؟	بله	خیر	0	2
23	آیا پس از مشاهده هر لام مثبت تا لام بعدی لنز میکروسکوپ تمیز میشود؟	بله	خیر	0	1
24	آیا ۱۰٪ لامهای منفی و کل لامهای مثبت جهت بازبینی به مرکز استان ارسال میشود؟	بله	خیر	0	2
25	آیا ظرف حاوی نمونه تا گزارش نتایج در آزمایشگاه نگهداری میشود؟	بله	خیر	0	1
26	آیا پشت لامها پس از رنگ آمیزی تمیز میشود ؟	بله	خیر	0	1
27	آیا نتایج مثبت بلافاصله به واحد بیماریها گزارش میشود؟	بله	خیر	0	2
28	آیا اتوکلاو در محل مناسبی بوده و کنترل کیفی میگردد؟	بله	خیر	0	2
29	آیا به نظافت داخل اتو کلاو توجه میشود؟	بله	خیر	0	2
30	آیا در کنار یخچال چارت کنترل دما وجود دارد؟	بله	خیر	0	2
31	آیا چارت مربوط به UV (ثابت و سیار) و هود موجود است ؟	بله	خیر	0	2
32	آیا در کنار انکوباتور چارت کنترل دما وجود دارد؟	بله	خیر	0	2
33	آیا یخچال و انکوباتور دارای دماسنج میباشد؟	بله	خیر	0	2
34	آیا نمونه های بدون کیفیت به واحدهای ارجاعی پس خوراند داده میشود ؟	بله	خیر	0	2
35	آیا جوابهای مثبت در دفاتر با رنگ قرمز ثبت میگردد؟	بله	خیر	0	2
نقاط قوت:		جمع امتیاز:			0
نقاط ضعف:					

ردیف	د: نیروی انسانی و حفاظت ایمنی			امتیاز	امتیاز هر سوال
1	آیا کارکنان آزمایشگاه سل در زمینه ی کنترل کیفی و موضوعهای مربوطه آموزش دیده اند؟	بله	خیر	0	5
2	آیا پرسنل سال گذشته در دوره های آموزشی در مراکز آموزشی / مراجع شرکت کرده اند؟	بله	خیر	0	3
3	آیا پرسنل در حین انجام کار از ماسک هیا استفاده میکنند؟	بله	خیر	0	10
4	آیا پرسنل در حین انجام کار از گان و لباس کار استفاده میکنند؟	بله	خیر	0	5
5	آیا پرسنل در حین انجام کار از دستکش استفاده میکنند؟	بله	خیر	0	4
6	آیا پرسنل در حین انجام کار از عینک استفاده میکنند؟	بله	خیر	0	3
7	آیا پرسنل در حین کار از کلاه و کاور کفش (دمپایی روبسته) استفاده میکنند؟	بله	خیر	0	3
8	آیا کارکنان شاغل در آزمایشگاه سل مور معاینات پزشکی (۶ماهه یا سالیانه) قرار میگیرند؟	بله	خیر	0	7
9	آیا دفع نمونه های کار شده بصورت مناسب و بهداشتی (اتوکلاو) صورت میگیرد؟	بله	خیر	0	10
10	آیا محیط کار (نمونه گیری- کشت و میکروسکوپی) ضدعفونی و استریل میشود؟	بله	خیر	0	5
11	آیا سیستم اطفاء حریق در آزمایشگاه وجود دارد و تاریخ آن معتبر است؟	بله	خیر	0	3
12	آیا جعبه کمکهای اولیه در آزمایشگاه موجود است؟	بله	خیر	0	2
13	آیا نکات ایمنی مربوط به ضدعفونی هود و سانتریفیوژ رعایت می شود؟	بله	خیر	0	6
14	آیا جعبه مواد آلوده زدائی احتمالی (حوله ، فنل و...) در آزمایشگاه سل وجود داد؟	بله	خیر	0	4
15	آیا پرسنل در خصوص آلوده زدائی احتمالی و مراحل آن آموزش دیده اند ؟	بله	خیر	0	4
16	آیا تعداد نمونه ها و تعداد پرسنل با هم همخوانی دارند ؟ (هر ۳۰ نمونه ۱ پرسنل) (هر ۱۵ نمونه اسمیر و کشت ۱ پرسنل) (آنتی بیوگرام حداقل ۶ نفر)	بله	خیر	0	20
17	آیا صابون مایع و مواد ضدعفونی کننده به اندازه کافی در آزمایشگاه است؟	بله	خیر	0	2
18	آیا نظافت و بهداشت فضای آزمایشگاه در حد مطلوب میباشد؟	بله	خیر	0	4

0	جمع امتیاز:					نقاط قوت:
						نقاط ضعف:
.....5.....		4.....	3.....	2.....	1.....	ردیف
						نام خانوادگی
						مدرک تحصیلی
						سابقه خدمت به سال
						سابقه کار در بخش سل
						سایر مسئولیتها بجز سل
						سوابق آموزشی
						دو سال گذشته
						حقوق و مزایای دریافتی

ردیف	بخشها	امتیاز کسب شده	امتیاز بخش
1	الف: مکان و فضای آزمایشگاه(اسمیر)	0	61
2	ب: تجهیزات	0	40
3	ج: روش کار و کنترل کیفی(اسمیر)	0	100
4	د: نیروی انسانی و حفاظت ایمنی	0	100
	جمع امتیاز	0	301
	درصد امتیاز	0	100